



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA

CNPJ: 18.133.926/0001-10 – Estado de Minas Gerais

Rua São José, nº 730 – Centro – São Miguel do Anta – CEP: 36.590-000 – Tel.: 31-3897-1221

2º TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2026 – REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2026

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Anta/MG, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pela Portaria nº 001/2026 e em conjunto com a **Secretaria Municipal de Saúde**, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com as disposições da **Lei Federal nº 14.133/2021**, torna público para o conhecimento dos interessados a **2ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL** do certame em epígrafe, motivada pelo acolhimento parcial de impugnação administrativa, conforme os termos dispostos a seguir:

1. DA MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA

Esta retificação decorre do acolhimento parcial da impugnação administrativa interposta tempestivamente contra o descritivo técnico do item de consumo do certame. Conforme decisão da Secretaria Municipal de Saúde exarada em 04 de maio de 2026 e respectivo Despacho de Alteração de Descritivo assinado digitalmente em 05 de maio de 2026, as especificações técnicas do **Item 23 (DEA - Desfibrilador Externo Automático)** foram revisadas para afastar exigências restritivas e ampliar a competitividade do certame, com amparo nos princípios da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

2. DAS ALTERAÇÕES NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) - PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Onde se lê (Edital Original):

"23. DEA - Desfibrilador Externo Automático - Dimensões mínimas: A: 250 mm L: 220 mm P: 75 mm; Peso: 1,0 kg (com bateria e sem acessórios); Indicadores de Prontidão de Uso: 1 x LED Vermelho e 1 x LED Verde; Indicador de Bateria: Bar graph 5 LEDs; Indicadores Modo Automático: 3 x LEDs (Preparando, Analisando, RCP); Botões: Botão Liga/Desliga, Botão Entrega de Choque, Botão Pediátrico: Reduz a energia para que o DEA possa operar em modo pediátrico, mesmo com as pás adultas; Alto-Falante: Mensagens de instrução, tons de alerta, metrônomo RCP (100 batidas/min);"

Leia-se (Texto Retificado):

*"23. DEA (DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO) – **Dimensões e peso:** O equipamento deverá possuir dimensões mínimas A: 250 mm, L: 220 mm e P: 75 mm. Peso aproximado de até 3,0 kg. **Interface e operação:** O equipamento deverá possuir interface de operação simples, podendo ser composta por: Indicadores visuais (LEDs, display LCD, tela gráfica ou tecnologia equivalente); Indicadores sonoros e/ou comandos de voz em língua portuguesa; Combinação de recursos visuais e sonoros que orientem o usuário durante todo o processo de atendimento. **Indicadores de status e bateria:** Sistema de indicação de status operacional e nível de bateria, podendo ser por meio de: indicadores luminosos (LEDs), inclusive em formato de barras (bar graph) ou equivalente; display digital ou gráfico; sinais visuais e/ou sonoros; ou tecnologias equivalentes. **Modo de operação pediátrico:** O equipamento deverá possuir capacidade de atendimento em pacientes pediátricos, com redução segura do nível de energia aplicada, podendo essa funcionalidade ser implementada por meio de: botão dedicado; chave seletora; uso de pás pediátricas específicas; reconhecimento automático; ou outro sistema tecnologicamente equivalente. **Sistema de orientação ao usuário:** O DEA deverá fornecer instruções claras ao usuário durante o atendimento, incluindo: orientação*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO ANTA

CNPJ: 18.133.926/0001-10 – Estado de Minas Gerais

Rua São José, nº 730 – Centro – São Miguel do Anta – CEP: 36.590-000 – Tel.: 31-3897-1221

*para posicionamento das pás; análise do ritmo cardíaco; indicação de necessidade ou não de choque; orientação para realização de RCP, preferencialmente com metrônomo (aproximadamente 100 a 120 compressões por minuto); por meio de comandos de voz, sinais visuais ou tecnologia equivalente. **Controles operacionais:** O equipamento deverá possuir controles mínimos para: acionamento (liga/desliga); confirmação de entrega de choque; podendo incluir outros mecanismos equivalentes. **Desempenho e segurança:** O equipamento deverá: realizar análise automática do ritmo cardíaco; liberar choque apenas quando indicado; possuir sistema de autoteste periódico (automático ou manual); apresentar alertas em caso de falhas, bateria fraca ou necessidade de manutenção. **Construção e robustez:** Construído em material resistente, adequado ao uso em ambientes de emergência, com proteção contra impactos e condições adversas compatíveis com a finalidade do equipamento. **Acessórios mínimos:** Deverá acompanhar, no mínimo: 01 bateria; 01 par de pás adesivas (adulto ou adulto/pediátrico conforme tecnologia adotada)."*

3. DA REABERTURA DE PRAZO E NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA

Considerando que a alteração acima incide sobre a descrição técnica do objeto e afeta a formulação das propostas de preços, com base no **Art. 55, § 1º, da Lei nº 14.133/2021** e no **item 24.7 do Edital**, fica reaberto o prazo para a apresentação de propostas. A sessão pública originalmente designada para o dia 07/05/2026 fica reagendada conforme o seguinte cronograma:

Início do Acolhimento de Propostas: 11 de maio de 2026.

Fim do Recebimento e Abertura das Propostas: 02 de junho de 2026, às 07h14min.

Início da Sessão de Disputa de Preços: 02 de junho de 2026, às 07h15min (Horário de Brasília).

Local Eletrônico: Portal de Compras Públicas (<https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>).

4. DISPOSIÇÕES GERAIS

As demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 010/2026 e seus demais anexos permanecem inalteradas. O Edital consolidado com as devidas alterações encontra-se à disposição dos interessados nos sites <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, <https://www.gov.br/pncp/pt-br> e no sítio institucional da Prefeitura.

São Miguel do Anta/MG, 08 de maio de 2026.

José Daniel Dias Pinto
Pregoeiro Oficial – Portaria nº 001/2026